

**Medicínsko-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny
k žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných
špeciálnych zdravotníckych materiálov**

**Zdravotnícka pomôcka, ktorá svojou charakteristikou patrí do niektorej podskupiny
špeciálnych zdravotníckych materiálov zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov
A1/SZME**

Odborná pracovná skupina: **Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku,
klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií**

Základné údaje o ZP:

1. ID žiadosti:	12646
2. Názov ZP:	Katéter PTA balónikový dilatačný JADE
3. Veľkosť a typ ZP (doplňok názvu):	pre vodič 0.018", rôzne veľkosti
4. ŠUKL kód ZP:	P4335A
5. Skratka skupiny ŠZM v zozname:	XB8 - Katétre, drény, sondy, systémy, vodiče, zavádzače
6. Skratka podskupiny ŠZM v zozname:	XB8.4.4 BALÓNIKOVÉ KATÉTRE NA PERKUTÁNNÉ RÁDIOLOGICKÉ INTERVENČIE - ŠTANDARDNÉ NÍZKOPROFILOVÉ (0.018) PTA KATÉTRE
7. Návrh maximálnej výšky úhrady ZP:	323,40 €

Účel určenia ZP na základe návrhu žiadateľa:

Perkutánná transluminálna angioplastika v periférnom cievnom riečišti vrátane arteriovenózných fistúl, iliakálnych, femorálnych, iliofemorálnych, poplietálnych, infrapopliteálnych, renálnych tepien a liečba obštrukčných lézií pôvodných alebo syntetických arteriovenózných dialyzačných fistúl.

Záverečné stanovisko alebo odporúčanie odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií:

Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií predložený medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky odborne posúdila a došla k záveru, že žiadosť spĺňa medicínsko-ekonomické kritériá pre zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov.

Podpisy členov odbornej pracovnej skupiny:

Vypracoval: *Mgr. Radoslav Cibík*

Skontroloval: *Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.*

Schválil: *Mgr. Ivan Kraszkó*

Dátum: 13. 06. 2023