



Symbol - und Zeichenerklärung · Definitions of Symbols and Abbreviations:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | EU-Konformitätszeichen
· CE-label for the EU | | Trocken lagern
· Keep in a dry place |
| | Steril mit Dampf sterilisiert
· Sterilized by steam | | Nur zum Einmalgebrauch
· Do not re-use |
| | LOT-Nummer
· Batch Code | | Verfallsdatum
· Use by date |
| | Beigefügte Gebrauchs-
anweisung beachten
· Consult Instructions for use | | Caution: U.S. Federal law restricts
this device to sale by
or on the order of a physician |
| | Katalog Nummer
· Catalog Number | | MR-verträglich
· MR Conditional |
| | Nicht resterilisieren
· Do not re-sterilize | | Seriennummer
· Serial Number |
| | Nicht verwenden, falls Packung
offen oder beschädigt ist
· Do not use if package is open
or damaged | | Pyrogenfrei
· Pyrogen-free |

Inhalt · Content · Contenu · Contenuto · Contenido:

DUALSWITCH-VALVE

Miethke-REF: 10001040	AAG-REF: FV101T	
Miethke-LOT: 30060614	AAG-LOT: 4503842144	
Miethke-SN: A09669	pressure range: horizontal 10 cmH2O	

vertical 40 cmH2O

(01)04041906101107(240)FV101T

2016-10

(10)30060614(17)161024

2016-10

Product for the treatment of hydrocephalus
Caution: US federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Karton

(21)A09669

MIETHKE

Einzelventil

Druckeinheit · Pressure unit · Unité de pression · Unità di pressione · Unidad de presión	4	5	7	9	10	13	14	15	16	19	20	24	25	29	30	35	40	50
cmH ₂ O	4	5	7	9	10	13	14	15	16	19	20	24	25	29	30	35	40	50
mmH ₂ O	40	50	70	90	100	130	140	150	160	190	200	240	250	290	300	350	400	500
mmHg	3,0	3,6	5,1	6,7	7,4	9,5	10,4	11,0	11,8	14,1	14,7	17,8	18,4	21,5	22,0	25,7	29,4	36,8
mbar	3,9	4,9	6,9	8,8	9,8	12,7	13,7	14,7	15,7	18,6	19,6	23,5	24,5	28,5	29,4	34,3	39,2	49,1
kPa	0,39	0,49	0,69	0,88	0,98	1,27	1,37	1,47	1,57	1,86	1,96	2,35	2,45	2,85	2,94	3,43	3,92	4,91
Torr	2,94	3,68	5,15	6,62	7,36	9,57	10,3	11,0	11,8	14,0	14,7	17,7	18,4	21,3	22,1	25,8	29,4	36,8
atm (10 ⁻³)	3,87	4,84	6,78	8,71	9,68	12,6	13,6	14,5	15,5	18,4	19,4	23,2	24,2	28,1	29,1	40,0	38,7	48,4